

INFORME DE LOS AVANCES FISICO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS	
Periodo a reportar	01/10/2021 al 31/12/2021
No de pedido	LS0002204
Proveedor	ZWICKROELL SA DE CV

Línea	Descripción de los bienes o servicio	Fecha de entrega de bien o conclusión de servicio
1	Servicio de mantenimiento preventivo a máquina de ensayos físicos marca UZwick, modelo Z030	26/11/2021
2	Servicio de mantenimiento preventivo a extensómetro MakroXtens, marca Zwick, modelo ExMacro, SN: 225768	26/11/2021
3	Servicio de calibración, alcance 30kN, Modo Compresión 10 - 100% de la capacidad de la celda, de acuerdo a la norma NMX-CH-7500-IMNC.	26/11/2021
4	Sentido Adicional. Servicio de calibración, alcance 30kN, Modo Tracción 10 - 100% de la capacidad de la celda, de acuerdo a la norma NMX-CH-7500-IMNC.	26/11/2021
5	Sentido Adicional. Servicio de calibración, alcance 50N, Modo Tracción 10 - 100% [5 N a 50 N] de la capacidad de la celda, de acuerdo a la norma NMX-CH-7500-IMNC.	26/11/2021
6	Servicio de calibración, alcance 50N, Modo tracción 0,6-10 % [0,3 N, 0,5N a 5 N] de la capacidad de la celda, de acuerdo a la norma NMX-CH-7500-IMNC.	26/11/2021
7	Servicio de calibración, Celda de 1kN. Modo Compresión 10 - 100% de la capacidad de la celda, de acuerdo a la norma NMX-CH-7500-IMNC.	26/11/2021
8	Sentido Adicional. Servicio de calibración, Celda de 1kN. Modo Tracción 10 - 100% de la capacidad de la celda, de acuerdo a la norma NMX-CH-7500-IMNC.	26/11/2021
9	Servicio de Calibración a extensómetro de acuerdo a la norma ISO 9513. A326SN: 225768	26/11/2021
10	Viáticos	26/11/2021