

INFORME DE LOS AVANCES FISICO DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS	
Periodo a reportar	01/07/2022 al 30/09/2022
No de pedido	SM3001717
Proveedor	CALIBRACION Y METROLOGIA INDUSTRIAL

Línea	Descripción de los bienes o servicio	Fecha de entrega de bien o conclusión de servicio
1	Servicio general de analizador de gases testo 340 NS:02234329	15/09/2022
2	Calibración de analizador de gases en 4 ptos.en O2,CO y NO.Puntos O2 (2,1; 6;2; 10,5; 21,0) cmol/mol CO, NO: (100; 300; 500; 1000) MICROMol/mol Informe de calibración con acreditación ante la ema	15/09/2022
3	Celda O2	15/09/2022
4	Celda de CO (H2 compensado) 0 10 000 ppm t340 reemp	15/09/2022
5	Celda de NO 0 3000 ppm t340 reemplazo	15/09/2022
6	Maniobras 3	15/09/2022